

# KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN

# 12474

Bandvagn nr: 12474  
Datum för kalibrering: 2019-10-18  
Kalibrerad av: Ove Karlsson

Sign. \_\_\_\_\_

## Vridmoment kraft

### Kraftgivare 0-1 kN

Kraftkonstant: 1,11

### Kraftgivare 0-50 kN

Kraftkonstant: 1,11

Maxkraft: 32,63

### Djupmätare

1 meter= 1 m

### H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V


Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

## Kompenserat vridmoment

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm

Vridmoment 1: Kraft

**OBS! Släng detta  
blad; vridmoment är  
ej kalibrerat.**



# KALIBRERINGS CERTIFIKAT FÖR BANDVAGN


## Kraftgivare 0 - 1 kN

12474

Bandvagn nr: 12474  
 Datum för kalibrering: 2019-10-18  
 Kalibrerad av: Ove Karlsson  
 Referensgivare: 035030019

**Kraftkonstant: 1,11**

Referens kN	Kraft kN	Differens kN	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
0,100	0,100	0,000	0,100
0,200	0,200	0,000	0,100
0,300	0,300	0,000	0,100
0,400	0,411	-0,011	-2,675
0,500	0,511	-0,011	-2,120
0,600	0,611	-0,011	-1,750
0,700	0,710	-0,010	-1,486
0,800	0,810	-0,010	-1,288
0,900	0,899	0,001	0,100
1,000	0,999	0,001	0,100



# KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN


## Kraftgivare 0 - 50 kN

# 12474

Bandvagn nr: 12474  
 Datum för kalibrering: 2019-10-18  
 Kalibrerad av: Ove Karlsson  
 Referensgivare: 035030019

**Kraftkonstant: 1,11      Maxkraft: 32,634**


Referens kN	Kraft kN	Differens kN	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	0,999	0,001	0,100
2,000	1,976	0,024	1,210
4,000	3,952	0,048	1,210
6,000	5,916	0,084	1,395
8,000	7,814	0,186	2,320
10,000	9,801	0,199	1,987
15,000	14,896	0,104	0,692
20,000	20,080	-0,080	-0,400
25,000	25,308	-0,308	-1,232
30,000	30,536	-0,536	-1,787
32,000	32,634	-0,634	-1,981



Tryckgivare 25 MPa

Vridtryck


**OBS! Släng detta  
blad; vridtryck är ej  
kalibrerat.**



Tryckgivare 25 MPa

Hammartryck

**OBS! Släng detta  
blad; hammartryck  
är ej kalibrerat.**



KALIBRERINGS CERTIFIKAT FÖR BANDVAGN  
**Djupmätare och H/V-givare**

**12474**

Bandvagn nr: 12474  
Datum för kalibrering: 2019-10-18  
Kalibrerad av: Ove Karlsson

**Djupmätare**

1 meter= 1 m

**H/V-givare**

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V  
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

# KALIBRERINGS CERTIFIKAT FÖR BANDVAGN

12474


**Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm**

**Vridmoment 2: Kraft**

Bandvagn nr: 12474  
 Datum för kalibrering: 2019-10-18  
 Kalibrerad av: Ove Karlsson  
 Referensgivare: 035030019

**Faktor K1: 1,00**  
**Faktor K2: 0,000**

Referens kNm	Vridmoment kNm	Differens kNm	Noggrannhet %
0,000	0,000	0,000	0,000
0,100	0,000	0,100	100,000
0,200	0,000	0,200	100,000
0,400	0,000	0,400	100,000
0,600	0,000	0,600	100,000
0,800	0,000	0,800	100,000
1,000	0,000	1,000	100,000
1,200	0,000	1,200	100,000





**OBS! Släng detta  
blad;  
vridkompensering är  
ej utfört.**

